ImplantBone®
Implante Dental

Instrucciones de uso
Sistema de Implante Dental
Micro Fit marca ImplantBone®

Leer instrucciones al dorso

Conexión Hexágono Externo

Referencia sin Montador sin tapa de cierre (SMT)



ImplantBone®
Implante Dental

Instrucciones de uso
Sistema de Implante Dental
Micro Fit marca ImplantBone®

Leer instrucciones al dorso

Conexión Hexágono Externo

Referencia con Montador y tapa de cierre (SUR)



ImplantBone®
Implante Dental

Instrucciones de uso
Sistema de Implante Dental
Micro Fit marca ImplantBone®

Leer instrucciones al dorso

Conexión Hexágono Externo

Información General.

Descripción:

El implante dental Micro Fit marca implantBone®, está fabricado con Titanio grado 4 (norma ASTM167), Posteriormente al maquinado, la superficie es arenada con óxido de aluminio blanco y luego tratado con ácido (HCl), generando una rugosidad que facilita la oseo-integración, mejora su calidad y reduce los tiempos para su habilitación. En todos los implantes hibridos, partiendo desde la base del hexágono se dejan 3mm. sin arenar o bisitnar, para los casos en que hubiera retraccion ósea; también hay opciones con toda la superficie bisitnada. El diseño corresponde a geometrías ampliamente aprobadas, con hexágono externo, con el cuerpo cónico en la porción apical con un vuelo de espira que facilita la introducción y el ancléje inicial.

Acciones:

Los implantes Micro Fit marca implantBone® pueden utilizarse en la mandíbula o en el maxilar. Se ofrecen en diferentes diámetros y alturas para colocar en las cavidades creadas en el hueso cicatrizado o en post-extracción.

Indicaciones:

El implante Micro Fit marca implantBone® está diseñado para ser utilizado en sitios edéntulos en la mandíbula o maxilar como apoyo para prótesis dentales completas, pilares terminales o intermedios para puentes fijos o dentaduras parciales o para la sustitución de un solo diente.

Los implantes Micro Fit marca implantBone® están establecidas. Se recomienda enfáticamente a los Odontólogos realizar cursos y seminarios de especialización antes de llevar a cabo su primera cirugía. El uso de una técnica inadecuada puede producir el fallo del implante y una pérdida sustancial de hueso adyacente.

Los implantes Micro Fit marca implantBone® no deben utilizarse en lugares o casos que no sean los especificamente indicados. En caso de hacerlo, podría producirse el fallo del implante y la consecuente destrucción del soporte óseo.

Presentación:

Los implantes dentales Micro Fit marca implantBone® se suministran en un envase estéril. Si el envase se encuentra dañado o si el implante se contamina por cualquier causa, deben desecharse. Los implantes Micro Fit marca implantBone® son para un solo uso únicamente. Los implantes se suministran esterilizados con rayos gamma.

Procedimientos de Manipulación Estéril:

1. El auxiliar retira el envase del frasco o del pouch o caja de cartón y lo abre con cuidado, dejando que el envase interior caiga libremente sobre una bandeja estéril. No contamine el envase individual.

2. El Odontólogo abre el envase interior, coloca un porta implante estéril o una llave de transporte, retira el implante y lo introduce en la osteotomía preparada a tal fin.

3. Si se procede de forma adecuada, no es necesario que nadie toque el implante directamente.

Contraindicaciones:

Los implantes Micro Fit marca implantBone® no deben utilizarse en pacientes con enfermedades contraindicadas como:discrasias sanguíneas, diabetes no controladas, hipertiroidismo, bruxismo, infecciones orales o malignidades. Los implantes Micro Fit marca implantBone® tampoco deben utilizarse en pacientes con condiciones contraindicadas como intrafro de miocardio del último año o soporte óseo insuficiente adecuado. Pueden ser utilizados en sobre dentaduras implanto-retenidas. No está diseñado para soportar cargas laterales. Los implantes no deben colocarse si la cantidad de hueso (espesor y altura) no es suficiente para cubrirlos a su alrededor.

Precauciones:

El Profesional debera utilizar todos los métodos de diagnóstico a su disposición y que a su criterio considere necesarios para determinar si hay presente suficiente hueso en el lugar propuesto para el implante y para localizar características anatómicas críticas establecidas como conductos mandibulares, forámenes mentales, seno maxilar y dientes adyacentes. También son necesarios la palpación e inspección visuál directa del lugar elegido para el implante para determinar la anatomía del hueso disponible. Es fundamental una evaluación clínica completa y la motivación adecuada del paciente para que el procedimiento tenga éxito.

Advertencia:

La cirugía de implantación es un procedimiento complejo y altamente especializado y requiere formación especial en las técnicas de implantología oral

El éxito de todos los implantes dentales depende en gran medida de la técnica quirúrgica, la cual debe realizarse con suma precisión. Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y de las prótesis de restauración finales, las cuales deben ser adecuadas a las necesidades de cada paciente y del resto de la anatomía. La selección de un implante individual o de varios implantes del tamaño y configuración adecuados para la anatomía existente también es fundamental para el éxito del procedimiento.

Debido a que Micro Fit no debería y no puede controlar factores relacionados con los servicios prestados por el profesional, incluida la selección de pacientes, la técnica quirúrgica y las técnicas de restauración, su responsabilidad se limita a la sustitución del producto por fallos u otras reacciones o resultados no favorables para el comprador, Profesional dental o paciente que pudiera surgir del uso de un implante Micro Fit marca implantBone®. Los implantes y pilares de titanio Micro Fit marca implantBone® son excepcionalmente resistentes al doblado y a la fractura. No obstante,no es posible garantizar que no se doblarán o fracturarán en el caso de lesiones traumáticas o cargas oclusivas excesivas.

Atención:

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

El Sistema de Implante Dental Micro Fit marca implantBone®.

Garantía y Limitaciones:

El éxito de todos los implantes dentales depende en gran medida de la técnica quirúrgica, la cual debe realizarse con suma precisión. Es fundamental la selección cuidadosa de los pacientes y de las prótesis de restauración finales, las cuales deben ser adecuadas a las necesidades de cada paciente y del resto de la anatomía. La selección de un implante individual o de varios implantes del tamaño y configuración adecuados para la anatomía existente también es fundamental para el éxito del procedimiento.

Debido a que Micro Fit no debería y no puede controlar factores relacionados con los servicios prestados por el profesional, incluida la selección de pacientes, la técnica quirúrgica y las técnicas de restauración, su responsabilidad se limita a la sustitución del producto por fallos u otras reacciones o resultados no favorables para el comprador, Profesional dental o paciente que pudiera surgir del uso de un implante Micro Fit marca implantBone®. Los implantes y pilares de titanio Micro Fit marca implantBone® son excepcionalmente resistentes al doblado y a la fractura. No obstante,no es posible garantizar que no se doblarán o fracturarán en el caso de lesiones traumáticas o cargas oclusivas excesivas.

Fabricado por:

Micro Fit S.A.
Planta Elaboradora: Av. Elcano 3539
C1426EG CABA - Argentina
Te. 54.11.4555.0120/ 4551.5444
Establecimiento Habilitado por A.N.M.A.T
PM N° 1607-1

Director Técnico:

Farmacéutica Angélica Muller. MN. 10339

Distribuido por:

E y G Medical System S.R.L
Urburu 1010 - Oficina D - 2° Piso
C1114AAF CABA - Argentina
Tel. 54.11.4822.6006
info@g-implant.com.ar
www.g-implant.com.ar

Por las razones anteriores, salvo lo expuesto aquí específicamente, Micro Fit no ofrece ninguna garantía más allá del contenido de la presente garantía o de la descripción incluida en cualquier factura. Esta garantía reemplaza y excluye toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización y aptitud para un propósito específico. Micro Fit vende sus productos y los garantiza a los compradores que sean Odontólogos autorizados y que compren implantes y pilares para su uso y reventa como parte de los servicios que ofrecen a sus pacientes. ***Micro Fit no otorga ninguna garantía por escrito a ningún consumidor, paciente ni usuario final y no autoriza a ninguna persona a otorgarla en su nombre.***

Los recursos con los que cuenta cualquier comprador de un implante o pilar Micro Fit marca implantBone® y sus obligaciones se limitan única y exclusivamente a la sustitución o reparación de un implante o pilar Micro Fit marca implantBone® defectuoso siempre y cuando se demuestre a las autoridades de Micro Fit dentro de los seis (6) meses de entregado que se encontraba defectuoso en el momento de su envío y siempre y cuando se lo devuelva a Micro Fit para su inspección, sustitución o reparación. Micro Fit no es responsable ante ninguna persona por ningún daño incidental, consecuente o de otro tipo, ya sea que la reclamación sea de índole contractual, extracontractual o por negligencia.

ImplantBone®
Implante Dental

Instrucciones de uso
Sistema de Implante Dental
Micro Fit marca ImplantBone®

No reutilizar

Leer las instrucciones antes de utilizar

ESTERIL γ Esterilizado por Rayos Gamma

Conexión Hexágono Externo