



Miembro de



Certificado por



Sres.

San Martín, 5 de Noviembre de 2020

E Y G MEDICAL SYSTEM SRL

At. : **Gimena Ormazabal**

Responsable de Planta Elaboradora


PROTOCOLO DE ANALISIS N° 70382

Muestra recibida : Implantes Dentales SMT 3711/QT Lote: 100P1 Vto: 09/25
Muestreado por Cliente.
Procedencia : E Y G MEDICAL SYSTEM SRL
Fecha de recepción : 21/10/2020
Análisis Solicitado : MICROBIOLOGIA

Resultado de Análisis:

DETERMINACION	METODO	RESULTADO	LÍMITES
Test de Esterilidad	USP 38, NF 25 (2007)	Sin turbidez(TSB 2628) / Sin turbidez (TIO 2628)	Sin Turbidez

Conclusión: La muestra analizada **CUMPLE** con el límite establecido para el control de esterilidad.



Dr. J. HORACIO DENARI
BIOQUIMICO
M.N. 1409/ b / M.P. 1945
DIRECTOR

Lincoln 3872/6
B1650CHP San Martín
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: 54 011 4754-2808
Email: dieden@ladiac.com.ar
<http://www.ladiac.com.ar>